



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(РОССТАНДАРТ)

ДИПЛОМ

*10-й ЮБИЛЕЙНЫЙ
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ*

**ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ –
ОСНОВА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ**

НАГРАЖДАЕТСЯ

ПЛАТИНОВОЙ МЕДАЛЬЮ

ПКБ ЦТ – филиал ОАО «РЖД»

**за разработку комплексов измерительных
многоканальных для диагностики и
испытаний подвижного состава «ЭВКЛИД»**

Руководитель Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии

Г.И. ЭЛЬКИН

20-22 МАЯ • 2014 • МОСКВА • ВВЦ





Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии РФ
РОССТАНДАРТ



Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии
и испытаний - Ростест-Москва

X Специализированная выставка-конкурс
средств измерений, испытательного
и лабораторного оборудования



Всероссийская выставочно-конкурсная программа «За единство измерений»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о присвоении Знака качества
средств измерений



Средство измерений

**Комплексы измерительные многоканальные
для диагностики и испытаний подвижного состава «ЭВКЛИД»**

**Производитель: ЗАО «Новые технологии
неразрушающий контроль», г. Москва**

Представитель: ПКБ ЦТ ОАО «РЖД», г. Москва

аттестовано на Знак качества
по результатам экспертной оценки
функциональных и метрологических характеристик,
приведенных в приложении к настоящему Свидетельству

Председатель Конкурсной комиссии
Генеральный директор ФБУ «Ростест-Москва»



В.Н. Бас

Реестровый №: 34-091
Реестр на сайте: www.rostest.ru

Дата выдачи: 22 мая 2014 г.
Действительно до 21 мая 2016 г.

РОСТЕСТ МОСКВА

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о присвоении Знака качества
средств измерений



Средство измерений

Комплексы измерительные многоканальные
для диагностики и испытаний подвижного состава «ЭВКЛИД»

Производитель: ЗАО «Новые технологии
неразрушающий контроль», г. Москва

Представитель: ПКБ ЦТ ОАО «РЖД», г. Москва

аттестовано на Знак качества
средств измерений

на основании экспертной оценки следующих функциональных и
метрологических характеристик:

- Диапазон входного электрического напряжения, В..... от $\pm 0,05$ до ± 10
- Пределы основной относительной погрешности измерения напряжения на входах каналов, %..... от 0,1 до 0,35
- Дополнительная относительная температурная погрешность, %..... от 0,07 до 0,15
- Максимальное время на один отсчет, мс..... 1,0

Руководитель Экспертной комиссии,
Заместитель Генерального директора
ФБУ «Ростест-Москва»

Эксперт



А.С. Евдокимов

Ю.Н. Ткаченко

РОСТЕСТ



МОСКВА